

TRACE DU RAPPORT DES ANALYSES DE CALA

Nom du Laboratoire _____ Numéro de Laboratoire _____ DATES _____

ID DU RAPPORT D'ANALYSE - ID UNIQUE DE L'ÉCHANTILLON _____

INITIALES DE L'ÉVALUATEUR _____

DOSSIERS RELATIFS À :

A02 - Guide de cotation

Clause de la norme
ISO/CEI 17025

VÉRIFIÉ

1. Fournitures pour terrain fournies au client	B.06.03 Dossiers de l'échantillonnage	5.7.3	
2. Formulaire de demande d'analyse, y compris <ul style="list-style-type: none"> les données de l'échantillonnage transcrites (p. ex. type d'échantillon, méthode d'échantillonnage, lieu, dates...) 	B.07.02 Identification des articles de l'analyse ou de l'étalonnage	5.8.2	
3. Réception de l'échantillon, y compris <ul style="list-style-type: none"> lacunes de l'échantillon documentées (p. ex. en relation avec la collecte, la préservation, le contenant, la temp. à l'arrivée, les dommages subis pendant le transit, le temps passé en transit...) exigences particulières pour la manutention (p. ex. le prétraitement, le stockage, le temps de retenue...) ID d'échantillon unique 	B.07.01 B.07.02 B.07.03 Manutention des articles d'analyse et/ou d'étalonnage 1.Procédures 2.Identification 3.Lacunes	5.8.1 5.8.2 5.8.3	
4. Chaîne de possession	B.07.02	5.8.2	
5. Prétraitement de l'échantillon, au besoin (p. ex. filtration, tamisage, homogénéisation, sous-échantillonnage...)	B.07.05 Conditions ambiantes	5.8.4	
6. Stockage de l'échantillon, au besoin	B.07.04 Installations	5.8.4	
7. Données originales de l'analyse y compris tous les calculs et associations des données du CQ (aussi le nom de l'analyste, l'ID de la méthode d'analyse, l'ID de l'échantillon, l'organisme analysé, le n° de lot, la date, l'ID du matériel...)	A.13. Contrôle des dossiers	4.13.1 4.13.2	
8. Validation des données (comprend la transcription de la liste de vérification les erreurs et la comparaison avec les portées ou les rapports attendus)	A.13 Contrôle des dossiers	4.13.1 4.13.2	
9. Le rapport de l'analyse montre <ul style="list-style-type: none"> les drapeaux qualifient les résultats si les données sont absentes ou non conformes (p. ex. en raison de la conduite de l'analyse, des antécédents de l'échantillon, de l'interférence ou de la validation des données, ou si l'échantillon original était dilué, etc.) rapport adéquat des données de bas niveau usage adéquat des nombres importants autres renseignements, selon la partie 5.10 de la norme ISO/CEI 17025 	B.09.01 B.09.02 Rapporter les résultats 1. Résultats de l'analyse 2. Interprétation	5.10.2 5.10.6 5.10.8 5.10.3	
10. Autorisation accordée au rapport d'analyse	B.09.01	5.10.2j	
11. Élimination d'échantillons, au besoin	B.07.01	5.8.1	
12. Stockage ou élimination des données, au besoin	A.13.01 Contrôle des dossiers	4.13.1	
13. Dossiers de formation de l'analyste ou des analystes qui ont conduit l'analyse	B.01.07 Dossiers du personnel technique	5.2.5	
14. Essai de capacité seulement : rapport de vérification institutionnel pour toute défaillance de l'essai de capacité	Exigence du programme	Exigence du programme	